

### MRSA screening

#### Beschrijving van de test

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Naam:                     | MRSA screening                               |
| Synoniemen:               | Methicilline resistente Stafylococcus aureus |
| Intern codenummer:        | MRSA                                         |
| Frequentie:               | dagelijks                                    |
| Antwoordtijd (TAT):       | 3 tot 5 dagen                                |
| Verantwoordelijk bioloog: | Emmanuel De Laere                            |

#### Afname van het materiaal

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Voorkeur materiaal:      | MRSA wisser                          |
| Toegelaten materiaal:    | Wisser of MRSA-bouillon (blauwe dop) |
| Volume:                  | Wisser                               |
| Aanvraagformulier:       | <a href="#">Aanvraagformulieren</a>  |
| Afnameinstructies:       | <a href="#">Afname instructies</a>   |
| Bijaanvraag/stabiliteit: | 7 dagen                              |

#### Analyse

|                        |                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analysemethode:        | Rapportstation Rumbek                                                                                                                                                     |
| Domein:                | Algemene en Moleculaire Microbiologie                                                                                                                                     |
| Bijkomende informatie: | Methicilline-resistente S. aureus stammen zijn resistent aan alle bèta-lactam-antibiotica. Positieve MRSA screening leidt bij voorkeur tot decontaminatie van de patiënt. |

#### Laatst gewijzigd op

06-05-2025

Emmanuel De Laere