

Beschrijving van de test

HCV PCR kwantitatief

Beschrijving van de test

Naam:	HCV PCR kwantitatief
Synoniemen:	Hepatitis C virus PCR
Intern codenummer:	7620 (kind), 7621 (AS positief), 7622 (immuungecompromitteerd), 7623 (prikaccident), 7624 (opvolgen prikaccident, buiten RIZIV, arbeidsverzekering), 7625 (buiten RIZIV), 7630 (bij start of opvolging behandeling)
Frequentie:	wekelijks
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	8 dagen
Accreditatie:	AZ Delta is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 382-MED.
Verantwoordelijk bioloog:	Steven Vervaeke

Afname van het materiaal

Toegelaten materiaal:	serum
Volume:	2 mL
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	Cobas
Domein:	Algemene en Moleculaire Microbiologie
Bijkomende informatie:	De Cobas HCV test wordt uitgevoerd op het Cobas 5800 systeem (Roche). Volgende resultaten zijn mogelijk: * Negatief: geen HCV RNA gedetecteerd (detectielimiet 7.6IU/ml) * Zwak positief: HCV RNA werd gedetecteerd. Gemeten waarde 15 IU/ml. (Positieve waarden 15 IU/ml zijn niet exact kwantificeerbaar)

* positief: HCV RNA gedetecteerd. De test geeft kwantitatieve resultaten in IU/ml in het bereik van 15-1.00E08 IU/ml
* Sterk positief: HCV RNA gedetecteerd. Gemeten waarde >1.00E08 IU/ml. (Positieve waarden >1.00E08 IU/ml zijn niet exact kwantificeerbaar).

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijslijst: <https://webshare.zenya.work/npcbyqmdshw9z2l9/Document.aspx>

Laatst gewijzigd op

27-01-2026

Emmanuel De Laere