

Beschrijving van de test

Influenza A PCR in basis respiratoir panel

Beschrijving van de test

Naam:	Influenza A PCR in basis respiratoir panel
Synoniemen:	Basis respiratoir panel
Intern codenummer:	7812 (swab), 7813 (nasopharyngeaal aspiiraat), 7814 (ander)
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	3 uur
Accreditatie:	AZ Delta is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 382-MED.
Verantwoordelijk bioloog:	Emmanuel De Laere

Afname van het materiaal

Toegelaten materiaal:	broncho-alveolaire lavage (BAL), bronchusaspiiraat, eSwab roze, nasofarynx aspiiraat, nasofaryngeale swab, sputum
Volume:	300 µL
Bijaanvraag/stabiliteit:	3 dagen

Analyse

Analysemethode:	QIAstat Rumbeke
Domein:	Algemene en Moleculaire Microbiologie
Bijkomende informatie:	Het basis respiratoir panel wordt met de QIAstat-DX Respiratory SARS-CoV-2 panel kit uitgevoerd op de QIAstat-DX. De pathogenen in de kit zijn: Adenovirus, Coronavirus 229E, Coronavirus HKU1, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43, SARS-CoV-2, Humaan Metapneumovirus A+B, Influenza A, Influenza A H1, Influenza A H3, Influenza A H1N1/pdm09, Influenza B, Parainfluenza virus 1, Parainfluenza virus 2, Parainfluenza virus 3, Parainfluenza virus 4, Rhinovirus/Enterovirus, Respiratory Syncytial Virus A+B, Bordetella pertussis, Chlamydomphila pneumoniae, en

Mycoplasma pneumoniae.

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijslijst: <https://webshare.zenya.work/npcbyqmdshw9z2!9/Document.aspx>

Laatst gewijzigd op

24-03-2026

Emmanuel De Laere

Copyright © 2026 All rights reserved.