

Amylase in urine

Beschrijving van de test

Naam:	Amylase in urine
Intern codenummer:	646
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	Campus Menen, Campus Rumbeke, Campus Tielt, Campus Torhout
Antwoordtijd (TAT):	24u
Verantwoordelijk bioloog:	Hilde Vanpoucke

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	urinstaal in urinebuis voor chemische analyse
Volume:	500 µl
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Conditionering & verzending:	In labo: uit te voeren in serum modus, procedure: zie apparaten-SOP Cobas pro (035994) 11.5.2.5
Bijaanvraag/stabiliteit:	3 dagen

Analyse

Analysemethode:	Cobas
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	U/L
Bijkomende informatie:	Verhoogd bij pancreatitis. Sommige pancreatitis patiënten met macro-amylasemie vertonen een normale amylase/creatinine clearance ratio.

Tarificatie

Nomenclatuur: 543152 - 543163 B 125 Doseran van de amylasen #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

10-04-2026

Tessa Baert

Copyright © 2026 All rights reserved.