

Zuurvaste kleuring BL

Beschrijving van de test

Naam:	Zuurvaste kleuring BL
Loinc:	647-8
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Accreditatie:	AZ Delta is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 382-MED.

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	respiratoir, neus-, keel-, oor- of oogstaal
Commentaar:	Sputum: Opgehoest sputum dient van goede kwaliteit te zijn (geen speeksel!): indien op gramkleuring aanwezigheid van epitheelcellen zonder aanwezigheid van leucocyten wordt het staal niet verder verwerkt op het laboratorium.
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	Microscopiestation Rumbeke
Domein:	Microbiologie

Tarificatie

Nomenclatuur:	549592 - 549603 B 250 Microscopisch opzoeken van zuur- en alcoholresistente bacillen in een klinisch monster #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 26/05/2026
---------------	--

Laatst gewijzigd op

Copyright © 2026 All rights reserved.