

Beschrijving van de test

Immuunfenotypering: uitwerking T-cel proliferatieve aandoening

Beschrijving van de test

Naam:	Immuunfenotypering: uitwerking T-cel proliferatieve aandoening
Intern codenummer:	5060
Frequentie:	maandag t/m vrijdag
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	48u
Verantwoordelijk bioloog:	Barbara Depreter

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	staal voor flowcytometrisch onderzoek
Toegelaten materiaal:	EDTA transfix voor lumbaal vochten afnamecontainers voor biopten
Volume:	1 EDTA-tube
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	48u

Analyse

Analysemethode:	Flowcytometrie AQUIOS
Domein:	Immuunfenotypering
Bijkomende informatie:	Er bestaan 3 panels voor verdere uitwerking van een (vermoeden voor) chronische T-lymfoide maligniteit. Keuze voor één van beide of beide panels wordt bepaald door de morfologie, klinische informatie en eventueel flowcytometrische informatie uit de screeningstube. Analyse wordt uitgevoerd op de Dx-Flex of back-up Cytoflex SRT (Analis, Beckman Coulter). Interpretatie gebeurt in Kaluza of Infinicyt software.

Laatst gewijzigd op

25-02-2026

Barbara Depreter

Copyright © 2026 All rights reserved.