

HPV PCR

Beschrijving van de test

Naam:	HPV PCR
Synoniemen:	high risk HPV, Humaan papillomavirus, primaire screening baarmoederhalskanker
Intern codenummer:	HPV1, HPV2a, HPV2b, HPV2c, HPV3a, HPV3b, HPV3c, HPV4, HPV4a, HPV4b
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	Maximaal 14 dagen voor HPV PCR, 28 dagen voor geïntegreerd besluit
Accreditatie:	AZ Delta is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 382-MED.
Verantwoordelijk bioloog:	Eleonora Cottone

Afname van het materiaal

Toegelaten materiaal:	cervicale stalen, FFPE parafine coupes, anale stalen
Volume:	1 mL
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	Seegene Rumbeke
Domein:	Algemene en Moleculaire Microbiologie
Bijkomende informatie:	De gebruikte Allplex HPV HR assay (Seegene) is een kwalitatieve test voor de detectie en typering van HPV in cervix cytologie stalen. Deze methode detecteert de 14 meest belangrijke hoog-risico types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68). HPV type 66 wordt niet gerapporteerd op vraag van Sciensano. Een negatief resultaat sluit de aanwezigheid van een HPV infectie niet uit maar geeft aan dat de HPV concentraties onder het klinisch gevalideerde cutoff

niveau liggen. Daarnaast kunnen inadequate staal collectie en/of aanwezigheid van inhibitoren een negatieve invloed hebben op het resultaat. Bij sub-optimale stalen (stalen met weinig tot geen humane cellen) kunnen één of meerdere HPV PCR analyses toch positief zijn. Negatieve resultaten bij de andere PCR analyses zijn in dit geval niet interpreteerbaar. Resultaten van de Allplex HPV HR assay dienen steeds geïnterpreteerd te worden samen met klinische gegevens en (indien geïndiceerd) resultaten van andere diagnostische screeningstesten voor baarmoederhalskanker.

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijslijst: <https://webshare.zenya.work/npcbyqmdshw9z2l9/Document.aspx>

Laatst gewijzigd op

27-01-2026

Emmanuel De Laere